

## Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – „Dodávka mobilního multifunkčního zvedáku a sprchového lůžka“

### 1. Zadavatel

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace  
IČ: 70631841  
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupený: Mgr. Vojtěch Curylo, ředitel organizace  
tel.: 596 133 530

### 2. Předmět plnění

Dodávka 1 ks pasivního vakového multifunkčního zvedáku s váhou pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty.

- bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg
- vestavěná elektronická váha s displejem
- polohovací systém umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem
- umožnění použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno
- systém nouzového mechanického spouštění
- Antikolizní systém – automatické zastavení pohybu ramene směrem dolů při nárazu na překážku
- Stabilní vertikální systém, který zahrnuje vertikální sloupový zdvih a funkci anti-houpání
- Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače
- Indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývající napětí baterie
- Dálkový ovladač vybavený LCD displejem s informací o váze klienta, stavu baterie, potřeby údržby zvedáku umožňující ovládání všech 6 funkcí při práci s klienty
- Rozsah zdvihu min. 1340 mm
- Vnější šířka podvozku max. 718 mm

Dodávka 1 ks sprchového lůžka pro hygienu zcela imobilních osob.

- elektricky ovládané nastavení výšky
- elektricky ovládané nastavení zádového dílu
- minimální nosnost 200 kg,
- sloupový zdvih
- dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz
- nabíječka baterií;
- sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka
- pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy
- trvalé naklonění lůžka pro snadnější odtok vody
- integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;
- integrovaný držák sprchy;
- měkká matrace, po stranách vyztužená, obsahující kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu
- měkký podhlavník;
- kolečka všechna brzděná
- funkce nouzového vypnutí
- indikátor nízkého napětí baterie
- výškový rozsah minimálně: 350 mm
- Celková šířka včetně postranic: 750 mm- 900 mm

- Celková délka minimálně 2000 mm

### 3. Doba a místo plnění

Doba plnění zakázky: ukončení nejpozději do 31. prosince 2020

Místo plnění: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

### 4. Požadavky na prokázání kvalifikace

Subjekt prokáže kvalifikaci doložením příslušného oprávnění k danému podnikání – prostá kopie živnostenského listu či výpis z živnostenského rejstříku a prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (pakliže je do něj subjekt zapsán).

### 5. Požadavky na zpracování ceny

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla včetně montáže.

Cena bude uvedena v české měně včetně DPH a její sazby.

Nabídková cena je cenou smluvní.

### 6. Způsob posuzování nabídek

Nabídky budou posuzovány podle celkové výše nabídkové ceny, přičemž nejnižší nabídková cena je cenou nejvýhodnější.

### 7. Termín a místo podání nabídek

Nabídka musí být doručena organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz do 26. listopadu 2020 do 12.00 h. Nabídka může být doručena poštou i prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu: [curylo@domovslunovrat.cz](mailto:curylo@domovslunovrat.cz) nebo datovou schránkou, ID datové schránky: qud4mcg. Nabídky předložené po uvedeném termínu nebudou zahrnuty do výběrového řízení.

### 8. Další podmínky

Dodaný výrobek musí být certifikován, na požádání uchazeč certifikát předloží.

Uchazeč v nabídce uvede délku záruční doby (minimálně 24 měsíců).

### 9. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídky nebude předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.

### 10. Kontaktní osoba

Paní Blanka Stonavská – vedoucí provozně-technického útvaru, tel.: 596 135 530, mobil: 731 157 615, mail: [stonavska@domovslunovrat.cz](mailto:stonavska@domovslunovrat.cz).

V Ostravě dne 19. listopadu 2020

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo  
*ředitel organizace*